

Temperatur - Prüfzertifikat

www.waagen-hilke.de

Endkontrolle Wartung

Dokument Nr. SH 400518

Kunde: ██████████
Hersteller: Sartorius
Serien-Nr.: 22904401
Modell: MA150C-000230V1

Ort: ██████████
Standort: Labor
Inventar-Nr.: ██████████
PM-Nr.: ██████████

Aufstellbedingungen: Wärmeeinstrahlung Erschütterungen Zugluft klimatisiert

Prüfmittel: TM03

Seriennr.: 07082960

Gültig bis: 23.06.2018

Prüfung Temperaturbereich 1:

Prüftemperatur 1: 80,0 °C Toleranz: 3,0 °C Zulässiger Temperaturbereich: 77,0 °C bis 83,0 °C

Endkontrolle:

W 1: 79,9 °C W 4: 80,0 °C
W 2: 79,9 °C W 5: 80,0 °C
W 3: 79,9 °C W 6: 80,1 °C
∅ 80,0 °C

Prüfung bestanden Ja: Nein:

Prüfung Temperaturbereich 2:

Prüftemperatur 2: 160,0 °C Toleranz: 5,0 °C Zulässiger Temperaturbereich: 155,0 °C bis 165,0 °C

Endkontrolle:

W 1: 160,1 °C W 4: 160,2 °C
W 2: 160,1 °C W 5: 160,1 °C
W 3: 160,2 °C W 6: 160,1 °C
∅ 160,1 °C

Prüfung bestanden Ja: Nein:

Bewertung:

Der Mittelwert ∅ muss kleiner oder gleich dem zulässigen Temperaturbereich sein.

Zulässige Toleranzen eingehalten Ja: Nein:

Unterschrift:

Datum: 12.06.2018

Seite: 1 von 1

Sebastian Hilke