

# Waagen-Prüfzertifikat

Waagenfachhandel Hilke GmbH  
Lindenstraße 21a  
37181 Hardegsen  
Info@waagen-hilke.de  
05503/999174  
www.Waagen-Hilke.de

Temperaturprotokoll

Wartung

Protokoll Nr: Temp 200000



Firma: ..... Prüfling: TFN 1093 Scheibe gültig bis : Mai 2022  
Straße: ..... Erstdatum: 14.01.2021  
Plz, Ort: ..... Prüfer: Sebastian Hilke  
Kunden Nr.: ..... Nächste Prüfung: Juli 2021

Modell: MA 150C-000230V1 Temp. Min: 40 °C  
Serialnumber: 23903939 Temp. Max: 200 °C  
Hersteller: Sartorius Temp. Auflösung: 1 °C  
Standort: Labor  
Prüfmittel Nr.:  
WaagenTyp: Restfeuchtebestimmer

## Temperaturprüfung Bereich 1

zulässige Toleranz: 5 °C

| Pos. | Prüftemp. | Anzeige | Abweichung |
|------|-----------|---------|------------|
| P1:  | 80 °C     | 81 °C   | 1 °C       |
| P2:  | 80 °C     | 81 °C   | 1 °C       |
| P3:  | 80 °C     | 80 °C   | 0 °C       |
| P4:  | 80 °C     | 80 °C   | 0 °C       |
| P5:  | 80 °C     | 79 °C   | -1 °C      |
| P6:  | 80 °C     | 79 °C   | -1 °C      |

Prüfung bestanden: Ja

## Temperaturprüfung Bereich 2

zulässige Toleranz: 5 °C

| Pos. | Prüftemp. | Anzeige | Abweichung |
|------|-----------|---------|------------|
| P1:  | 160 °C    | 162 °C  | 2 °C       |
| P2:  | 160 °C    | 161 °C  | 1 °C       |
| P3:  | 160 °C    | 161 °C  | 1 °C       |
| P4:  | 160 °C    | 161 °C  | 1 °C       |
| P5:  | 160 °C    | 160 °C  | 0 °C       |
| P6:  | 160 °C    | 160 °C  | 0 °C       |

Prüfung bestanden: Ja

Bemerkungen:

Toleranz nach Herstellervorgaben bestanden:

Ja

Zulässige Toleranz bestanden:

Ja

Unterschrift: Sebastian Hilke

23.04.2021

Seite 1 von 1